MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 1503

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2015.04.08**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-95 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Fót**
Mintázott kútoszlop: **6-os**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2015.03.30**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 228:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kisérleti oktánszám RON		min. 95	**96,4**	NIR
Motoroktán szám MON		min. 85	**85,7**	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18	**8,2**	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35	**29,6**	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1	**1,0**	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5	**5,1**	NIR
ETBE	% (V/V)	-	**<0,1**	NIR
Bio komponens (etanolban)	% (V/V)	-	**5,1**	Kalkuláció
Végforrpont	℃	max. 210	**189,8**	NIR
Sűrűség	kg/m³	720-775	**747,2**	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10	**1,6**	EN ISO 20846

Megjegyzés: Az etanol tartalom határértéken felüli,de a mért érték a NIR módszer mérési bizonytalansága miatt nem kifogásolható.

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta: Kállay Csongor
DN: c=HU, l=Pilisborosjenő, cn=Kállay Csongor, email=cskallay@mertcontrol.com
Dátum: 2015.04.10 10:09:33 +02'00'